

## KR-WL19

piankowy wałek rehabilitacyjny  $\varnothing 40 \times 100 \text{cm}$



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Wałek rehabilitacyjny o średnicy 40 cm i długości 100 cm do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej lub masażu. Wkład wałka stanowi kształtka o bryle walca wykonana z pianki poliuretanowej o średniej gęstości pozornej 37-41 kg/m<sup>3</sup> produkowanej w technologii Maxfoam i wycinanej z jednolitej płyty (bez klejenia warstw). Pianka użyta do wkładu wałka jest sprężystą pianką o średniej twardości (HR) oraz o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności na odkształcenia. Wałek obszyty jest atestowanym i skóropodobnym materiałem tapicerskim w wybranym kolorze. Poszyte tapicerskie wałka wyposażone jest w zapięcie na suwak umożliwiające łatwe zdejmowanie tapicerki do czyszczenia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE TECHNICZNE

Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Średnica wałka [cm]	40
Długość wałka [cm]	100
Wkład wałka	pianka PU HR 40 kg/m <sup>3</sup>
Twardość wałka	średnio twardy
Poszycie wałka	rozpinane (tkanina skóropodobna)
Pokrowiec na walek	bez pokrowca
Wkład piankowy - gęstość właściwa [kg/m <sup>3</sup> ]	40
Wkład piankowy - gęstość pozorna (porowatość) [kg/m <sup>3</sup> ]	37-41
Wkład piankowy - naprężenie ściskające CLD (sprężystość)	(40%) 6,35 – 7,35 kPa
Wkład piankowy - elastyczność przy odbiciu	min. 40%
Wkład piankowy - odkształcenie plastyczne	(50%) max. 7%
Wkład piankowy - wytrzymałość na rozciąganie	min. 100 kPa
Wkład piankowy - wydłużenie względne przy zerwaniu	min. 100%
Ciężar wałka [kg]	5,0264
Numer katalogowy produktu	KR-WL19
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	3926 90 97
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491KszRehYX
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	KR-WL19 kształtka rehabilitacyjna - walek
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	7
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☐ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu

SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24