

Deklaracja zgodności UE

Dane producenta	Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, Polska tel/fax.: +48 13 463 80 35 kom. +48 608074052 mail: biuro@juventas.pl www.juventas.pl
SRN	PL-MF-000035501
Oświadczenie	Oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby objęte niniejszą deklaracją zgodności spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
Nazwa rodziny wyrobów	Stoliki pod aparaturę medyczną
Przeznaczenie	Transport na niedalekie odległości wyrobów medycznych stosowanych w drobnych zabiegach chirurgicznych oraz diagnostycznych.
REF	STA 01; STA 02; STA 03; STA 04; STA 05; STA 06; STA 07; STA 08; SA II (II półki); SA II SZ (II półki + szuflada); SA III (III półki); SA III SZ (III półki + szuflada); SM II (II półki); SM II SZ (II półki + szuflada); SM III (III półki); SM III SZ (III półki + szuflada)
BASIC UDI-DI	590401370stolaparmedHL
Klasa ryzyka zgodnie z załącznikiem VIII	Klasa I reguła 1
Ocena zgodności	Ocena zgodności prowadzona według załączników II+III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
Normy zharmonizowane zastosowane przy ocenie zgodności	PN-EN ISO 15223-1 PN-EN ISO 20417 PN-EN ISO 14971 PN-EN ISO 13485 PN-EN ISO 10993-1 PN-EN 62366-1
Dane osoby wystawiającej deklarację	Komplementariusz spółki - Michał Ziółkowski
Data i miejsce wystawienia	01-02-2024 Srogów Górny
Wersja wydania	02

Ziółkowski Juventas S.K.A.
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
tel/fax.: +48 13 463 80 35 • www.juventas.pl
KRS: 0000960089, NIP: 6871976345