

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Producent</b>                 | WS TECH Lorens Sp. J  |
| <b>Adres producenta</b>          | ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok  |
| <b>SRN</b>                       | PL-MF-000045163   |
| <b>Wyrób</b>                     | Stacjonarne stoły rehabilitacyjne   |
| <b>Kod Basic UDI-DI</b>          | 5900415491StSPAL  |
| <b>Typy/modelo/wersje</b>        | SP-M01, SP-M02, SP-M03, SP-E01, SP-E02, SP-E03, SP-H01, SP-H02, SP-H03  |
| <b>Klasa wyrobu</b>              | Klasa I, Reguła 1 wg załącznika VIII Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745   |
| <b>Ocena zgodności</b>           | Ocena zgodności przeprowadzona według załączników II+III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]   |
| <b>Przewidziane zastosowanie</b> | Stacjonarne stoły rehabilitacyjne, przeznaczone są do terapii osób przez wykwalifikowanego terapeutę w schorzeniach: dyskopatia lędźwiowa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, bóle krzyża, przykurcze mięśniowe, zwyrodnienia stawów, rwa kulszowa, urazy w obrębie kręgosłupa o kończyn, w ogólnym wyczerpaniu fizycznym i psychicznym. |
| <b>Zakres deklaracji</b>         | Wyrób wymieniony w niniejszej deklaracji spełnia ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 [MDR]  |

**Spełnienie wymagań zostało potwierdzone przez Producenta i na jego własną odpowiedzialność.**

**Wyrób wymieniony w niniejszej deklaracji jest zgodny z następującymi normami:**

PN-EN ISO 14971:2020  
PN-EN ISO 20417:2021  
PN-EN ISO 13485:2016  
PN-EN 62366-1:2015

PN-EN ISO 15223-1:2022  
PN-EN 1011-1:2009  
PN-EN 1021-2:2014-12  
PN-EN ISO 10993-1:2021

**Robert Lorens**

