

Ko01.Bep

mobilny stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z blatami i szufladą



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada dwa blaty zabiegowe – górny blat na korpusie szuflady z pogłębieniem zabezpieczającym instrumentalium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania stolika i dolny w formie pogłębionej półki z trzech stron zabezpieczonej relingiem – oraz użytkową szufladę na akcesoria zabiegowe i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RAL 1015 beżowy | RAL 1018 żółty | RAL 2008 pomarańczowy | RAL 3000 czerwony | RAL 4003 różowy |
| RAL 5002 granatowy | RAL 5012 niebieski | RAL 5021 morski | RAL 6018 zielony | RAL 7035 szary |
| RAL 9001 kremowy | RAL 9003 biały | RAL 9006 aluminowy | | |



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego | stal kwasoodporna |
| Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej | Tak |
| Wysokość stolika zabiegowego | 90 cm |
| Szerokość stolika zabiegowego | 57 cm |
| Ilość blatów zabiegowych | 2 blaty zabiegowe |
| Materiał blatów zabiegowych | stal kwasoodporna |
| Ilość szuflad na akcesoria | 1 szuflada |
| Materiał szuflad na akcesoria | stal kwasoodporna |
| Stolik zabiegowy z szafką | Nie |
| Misy zabiegowe - ilość | 1 misa zabiegowa |
| Misy zabiegowe - materiał | stal kwasoodporna |
| Misy zabiegowe w standardzie | Nie |
| Misy zabiegowe opcjonalnie | Tak |
| Mobilny stolik na kółkach | Tak |
| Nośność maksymalna stolika [kg] | 20 |
| Stelaż stolika - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm] | 45 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm] | 50 |
| Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg] | 5 |
| Szuflada(y) - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Szuflada - szerokość [cm] | 37,5 |
| Szuflada - głębokość [cm] | 43 |
| Szuflada - wysokość [cm] | 10,5 |
| Szuflada(y) - zamknięcia | opcjonalnie zamek patentowy z kluczem |
| Szuflada - maksymalne obciążenie [kg] | 5 |
| Miski na odpady - ilość | opcjonalnie 1 sztuka |
| Miski na odpady - pojemność [ml] | 250 |
| Miski na odpady - średnica [cm] | 22 |
| Miski na odpady - materiał | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |
| Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg] | 2 |
| Podstawa stolika | mobilna na kołach |
| Kółka - rodzaj | skrótnie z odbojami |
| Kółka - średnica [mm] | 100 |
| Kółka - blokowanie | 2 koła z blokadą |

| | |
|---|---|
| Szerokość całkowita stolika [cm] | 57 |
| Głębokość całkowita stolika [cm] | 55 |
| Wysokość całkowita stolika [cm] | 90 |
| Waga stolika [kg] | 19 |
| Numer katalogowy produktu | STKO-02-S(1)P-45-KO-0000-K8.6 |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-STKO/MK |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | STKO-02 stolik zabiegowy Typ STKO |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 22 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-000009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl |

Opis produktu

Stolik zabiegowy przeznaczony do zabiegów fizjoterapeutycznych. Wyposażony w 2 blaty zabiegowe, misę zabiegową, szufladę na akcesoria oraz 1 miskę na odpady. Wyposażony w mobilną podstawę na kołach z odbojami i blokadą.

Opis techniczny

Stolik zabiegowy wykonany jest z stali kwasoodpornej. Wyposażony w 2 blaty zabiegowe, misę zabiegową, szufladę na akcesoria oraz 1 miskę na odpady. Wyposażony w mobilną podstawę na kołach z odbojami i blokadą.

Opis opakowania

Stolik zabiegowy jest dostarczany w opakowaniu standardowym (paczka, koperta, foliopak). Waga opakowania wraz z produktem wynosi 22 kg.

Opis dostawy

Stolik zabiegowy jest dostarczany do klienta w całości zamontowany. Koszt dostawy jest wliczony w cenę produktu.

Opis gwarancji

Stolik zabiegowy jest objęty gwarancją producenta. Gwarancja trwa 1 rok. Gwarantem jest producent wyrobu / produktu.

Opis bezpieczeństwa

Stolik zabiegowy jest przeznaczony do użytku w warunkach klinicznych. Nie należy go używać w warunkach domowych. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych.

Opis zgodności

Stolik zabiegowy jest zgodny z dyrektywami MDD i MDR. Dokumentem potwierdzającym zgodność jest deklaracja zgodności.

Opis zgodności z prawem

Stolik zabiegowy jest zgodny z prawem. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z normami

Stolik zabiegowy jest zgodny z normami. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z przepisami

Stolik zabiegowy jest zgodny z przepisami. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Opis zgodności z wytycznymi

Stolik zabiegowy jest zgodny z wytycznymi. Nie należy go używać do zabiegów chirurgicznych. Nie należy go używać do zabiegów medycznych.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL)

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24